

ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN ILFOV
SPITALUL DE PSIHIATRIE " EFTIMIE DIAMANDESCU" BALACEANCA

Comuna Cernica- Balaceanca, Sos. Garii nr. 56, Judetul Ilfov, Telefon : 021/3807417; Fax :021/3693817

spitalbalaceanca@gmail.com

SPITALUL DE PSIHIATRIE	
EFTIMIE DIAMANDESCU BALACEANCA	
INTRARE	Nr. <u>3095</u>
IESIRE	Ziua <u>03</u> Luna <u>07</u> Anul <u>2018</u>

APROBAT
MANAGER
IOLANDA MARIA DUMITRESCU



CAIET DE SARCINI

Procedura organizata de autoritatea contractanta – Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu-Balaceanca, cu sediul in sos Garii, nr. 56, Comuna Cernica, sat Balaceanca, judetul Ilfov.

1. Obiectul achizitiei: Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului radiologic. Unitatea detine instalatie tip: MULTIX COMPACT K, seria 01249/2001/2002. Aparatura eset prevazuta cu un sistem de digitalizare directa pentru echipamente de radiologie clasica cu urmatoarele componente:

- Detector Rapixx 43x43i Wifi;
- Statie de achizitie imagini Conaxx 2;
- Imprimanta laser HighCap Xp pentru dezvoltare uscata.

2. COD CPV – 50421200-4 SERVICII DE REPARARE SI DE INTRETINERE A ECHIPAMENTULUI RADIOLOGIC

3. Modalitatea de desfasurare a achizitiei: *ACHIZITIE DIRECTA*

4. Reguli de publicitate: *PUBLICAREA UNUI ANUNT DE PUBLICITATE IN SEAP*

5. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut (conform prevederilor legii 98/2016, art 187, alin 3, lit a)

6. Durata contractului 01.05 – 31.12.2018, cu posibilitatea prelungirii prin act additional pentru o perioada de 4 luni.

7. Elaborarea ofertei:

Oferta va fi elaborata in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Propunerea tehnica trebuie sa defineasca caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, sistem de asigurare a calitatii, ambalare, etichetare etc.

Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice.

8. Cerinte tehnice

8.1 Cerinte minime obligatorii

Pe durata contractului executantul este obligat sa desfasoare activitati de intretinere, verificare si reparare pentru aparatura detinuta de autoritatea contractanta, respectiv:

- testari si reglaje conform documentatiei tehnice;
- asigurarea functionarii aparaturii in parametrii corespunzatori;
- diagnosticare si reparative in cazul unor eventuale defecte, in conformitate cu standardele cerute de producator;
- executarea de masuratori pentru verificarea parametrilor tehnici ai instalatiilor de radiodiagnostic medical in conformitate cu criteriile de acceptabilitate specificate in normele

CNCAN;

- intocmirea buletinelor de verificare periodica conform Autorizatiei de utilizare, eliberata de CNCAN pentru instalatiile detinute;
- executarea de masuratori pentru determinarea campurilor de radiatii din zonele controlate cu periodicitatea ceruta de lege si in punctele specificate in Autorizatia de utilizare;
- intocmirea buletinelor de monitorizare radiologica a mediului de munca rezultate in urma masuratorilor executate, in conformitate cu normele CNCAN;
- la solicitarea beneficiarului va asigurarea asistenta tehnica cu ocazia verificarilor periodice a echipamentelor efectuate de ANMDM;
- interventii lunare in cadrul carora se vor realiza activitatile de intretinere generale preventive si obligatorii, conform recomandarilor producatorului (verificari comenzi, interdictii, semnalizari, probe in diverse regimuri de lucru).

Documentele intocmite dupa fiecare interventie/verificare/monitorizare se vor prezenta autoritatii contractante spre avizare. Acestea vor cuprinde operatiunile efectuate, constatările privind starea echipamentelor, recomandarile privind exploatarea si eventualele piese/consumabile necesare.

8.2. Servicii de interventie la solicitare

Activitatile se vor efectua conform manualelor de service si reparare furnizate de producator. Nu se vor face modificari ale aparatelor care sa afecteze securitatea radiologica.

In cazul in care este necesara inlocuirea de piese si subansamble se va prezenta un raport cu piesele defecte si oferta de pret. Reparatia se va efectua numai dupa avizul autoritatii contractante.

Piese defecte vor fi inlocuite numai cu componente originale sau compatibile recomandate de producator, fiind prezentata in acest sens declaratia de conformitate emisa de producator.

Piese defecte raman in proprietatea autoritatii contractante.

Manopera este inclusa in pretul contractului de prestari servicii.

Dupa reparare se vor face reglaje necesare pentru aducerea aparatului la parametrii de functionare stabiliti de producator.

Se va interveni in maxim 2 ore prin suport telefonic la orice solicitare pentru diagnosticare si luarea de masuri preventive.

Deplasarea la sediul unitatii contractante in vederea diagnosticarii echipamentului se va realiza in maxim 48 ore de la solicitare.

Serviciile se vor efectua de regula in intervalul orar 08.00-14.00 si in afara programului numai cu acordul beneficiarului.

Cheltuielile legate de manopera aferenta constatarilor, intretinerii echipamentelor, reparatiilor, verificarilor/reviziilor, transport la/de la sediul autoritatii contractante a personalului din cadrul unitatii prestatoare si a achizitionarii eventualelor piese de schimb cad in sarcina prestatorului de servicii.

8.3. Alte cerinte

Prestarea serviciilor se va executa astfel incat sa se realizeze :

- Continuitatea activitatii ;
- Asigurarea, pe toata perioada de executare a serviciilor, de personal calificat si in numar suficient ;
- Siguranta tuturor operatiunilor prestate

9. Obiective de mediu

Pe perioada derularii contractului se vor respecta conditiile impuse de autoritatea de mediu competenta.

Prestatorul va implementa conditionarile ce se stabilesc prin acte normative emise de autoritatea de mediu competenta, conform unor programe de conformare la cerintele de mediu.

10. Protectia muncii

Pe toata perioada desfasurarii activitatii personalul firmei prestatoare va respecta prevederile:

- Legii 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;
- HG nr. 1218/2006 privind cerintele minime de securitate, sanatate pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici;
- HG 1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca..

Instruire profesionala privind securitatea si sanatate in munca(SSM) si prevenirea si stingerea incendiilor (PSI) se ca face de catre prestator pentru angajatii sai si pe cheltuiala acestuia.

Personalul de executie trebuie sa foloseasca echipament de protectie specific activitatii prestate.

Societatea prestatoare este responsabila cu asigurarea tuturor masurilor privind protectia muncii pentru personalul prestator.

11. Documente necesare pentru participare:

- Fisa de informatii generale - unde se regasesc datele de contact, cifra de afaceri a operatorului economic.
- Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comerțului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. Informatiile din acest document vor fi reale si actuale la data limita de depunere a ofertei;
- Declaratie privind neincadrarea in art 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
- Autorizatie pentru desfasurarea de activitati in domeniul nuclear emisa de CNCAN.
- Dovada existentei personalului calificat (diplome, calificari, autorizatie CNCAN).

12. Valoarea maxima estimata a contractului: 2880 lei fara TVA pentru o perioada 01.05-31.12.2018.

13. Modalitate de ofertare: Pretul se va oferta in lei fara TVA/luna, pentru serviciile prestate.

14. Conditii de plata

Pretul va fi exprimat in lei.

Plata se va efectua de catre autoritatea contractanta in baza urmatoarelor documente:

- Factura in original;
- Documente privind efectuarea serviciilor;

Plata se va efectua cu OP in cont de Trezorerie, in termen de 60 de zile, de la inregistrarea facturii in unitate.

15. Alte precizari:

Prestatorul va raspunde pentru calitatea serviciilor, persoana juridica achizitoare fiind in drept sa solicite remedierea in cel mai scurt timp a serviciilor necorespunzatoare

Medic Cabinet Radiologie

Scarlatescu Vasile



SEF SERVICIU,

Dr Goldis Gheorghe



